

**Séparation de cations et d'anions par chromatographie ionique**



**RISQUES PRINCIPAUX**

**MOYENS DE PRÉVENTION ET DE SECOURS**



**Electrique**

**Eteindre et débrancher** l'appareil avant toute intervention de maintenance



**Nocif** en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une sévère irritation des yeux

**EN CAS D'INCIDENT :**

**Arrêter l'appareil** en arrêtant la pompe à partir du logiciel Chromeleon puis l'éteindre appuyant sur l'interrupteur qui se situe sur l'arrière de l'appareil. Faire appel au référent de l'appareil.



**EN CAS D'INCENDIE :**

Faire appeler le **personnel compétant** (professeurs, techniciens) et les **POMPIERS - 18** qui utiliseront un extincteur à **CO<sub>2</sub>** (liquides – origine électrique) ou à **poudre ABC** (polyvalent)

**SI CONTACT :**

Rincer à l'eau aux lieux appropriés (**DA ARC16**) pendant 15 min, retirer les vêtements souillés (sauf si collés à la peau) et consulter un médecin.



**SI INGESTION :**

Appeler le **CENTRE ANTI-POISON**  
Tél : **0 825 81 28 22**



**Chaussures fermées**

En cas d'arrêt respiratoire : contacter le **SAMU - 15** et un **Sauveteur Secouriste du Travail** ou l'**infirmière**.

Utiliser un **défibrillateur DAE**



**DAE**

**Autres informations :**

- **Infirmière** : Mme Zahira Bettouati Tél : 02 32 95 65 99 – Portable : 06 08 86 02 97
- **SST** : Voir Classeur Vert
- **Manipulation extincteur** : Voir Classeur Vert
- **Chargé d'évacuation** : Voir classeur Vert

