INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES ROUEN NORMANDIE

FICHE DE POSTE

ICP AES- ANA34

DA - A- ARC 11

Date réalisation : 05/07/2012
Date révision : 11/04/2025
Rédacteur : Janique Wallet

ICP AES



RISQUES PRINCIPAUX



Électrique



Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation



Corrosif pour les métaux

APPAREIL SOUS PRESSION

MOYENS DE PRÉVENTION ET DE SECOURS



Avant toute intervention de maintenance : Eteindre et débrancher l'appareil.
Vérifier que la bouteille de récupération n'est pas pleine. Mettre en route la hotte

EN CAS D'INCIDENT : Arrêter l'appareil en appuyant sur l'interrupteur et fermer la vanne de gaz.

EN CAS D'ÉPANDAGE : KIT en cas de déversement accidentel (DAARC 14) et procédure. S'équiper des EPI (masque, lunettes de protection, gants, blouse) avant d'intervenir sur la zone d'épandage. Se faire aider.

EN CAS D'INCENDIE : Faire appeler le personnel compétent qui utilisera un extincteur à CO_2 (feu de liquide/solides ou feux électrique)ou à poudre ABC (polyvalent) déclencher l'alarme.

Appeler les POMPIERS - 18

Couverture anti - feu présente dans le laboratoire

EPI Obligatoire







Si risque de contact



Conduite à tenir en cas d'accident

SI BRÛLURE CHIMIQUE : Rincer la zone contaminée/brûlée à l'eau courante tempérée pendant au moins 15min. En parallèle, retirer les vêtements et demander un avis médical en appelant le **SAMU - 15** et le **SST** ou l'infirmière.

SI INGESTION : Mettre la victime en position assise. Appeler le CENTRE ANTI - POISON - Tél / 0 800 59 59 59 .

SI INHALATION DES VAPEURS : Transporter la victime hors de la zone contaminée et l'assoir.

EN CAS D'ARRÊT RESPIRATOIRE : contacter le **SAMU - 15** et le **SST** ou l'infirmière.
Utiliser un défibrillateur **DAE en dehors de la zone ATEX** (Entrée principale DARWIN RdC)



DA ARC 15



DA ARC 11



DA ARC 16



Entrée pricipale DARWIN RdC

Contact en cas d'accident/incident

SST : voir liste
Infirmières : Tél : 02 32 95 65 99 - Port : 06 08 86 02 97
ou Tél : 02 32 95 66 07 - Port : 07 88 66 13 65

Manipulation extincteur : voir liste
Chargé d'évacuation : voir liste

Contacts (responsables)

Référent technique:

Assistant de Prévention : Céline Leroux

Directeur(s) dépt. : Voir organigramme établissement